

Tárgy: **Kiegészítő tájékoztatás 3. és értesítés korrigendum megjelenéséről** – Pásztói Margit Kórház részére laborvegyszer és zárt vérvételi rendszer beszerzése laborkészülékek biztosításával, illetve üzemben tartásával

Tisztelt Ajánlattevők!

Tárgyi eljárásban további kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, amelyre Ajánlatkérő az alábbi választ adja, a korábban megküldött válaszok folytatásaképp.

1

Sor-szám	Kérdés	Válasz				
11.	<p>Kérésünk a közbeszerzési dokumentum VII. részére (Vércsoport szerológia) vonatkozik:</p> <table><tr><th>Vércsoport inkubátor/centrifuga minimumkövetelmény</th><th>Ajánlott paraméterek</th></tr><tr><td>Ajánlattevő biztosítja a készülék üzembe helyezését, kezelőszemélyzet betanítását, laboratóriumi informatikai rendszerhez való csatlakoztatását, és a szerződés időtartama alatt teljes körű szervízellátását</td><td></td></tr></table> <p>E vonatkozásban arról szeretnénk kérdezni, hogy az ajánlatban elfogadnak-e olyan inkubátort és centrifugát, melyeket nem lehet a laboratóriumi informatikai rendszerhez csatlakoztatni? Az általános gyakorlat szerint ugyanis a laboratóriumokban sem az inkubátort, sem a centrifugát nem csatlakoztatják a laboratóriumi informatikai rendszerhez.</p>	Vércsoport inkubátor/centrifuga minimumkövetelmény	Ajánlott paraméterek	Ajánlattevő biztosítja a készülék üzembe helyezését, kezelőszemélyzet betanítását, laboratóriumi informatikai rendszerhez való csatlakoztatását, és a szerződés időtartama alatt teljes körű szervízellátását		Igen, elfogadjuk.
Vércsoport inkubátor/centrifuga minimumkövetelmény	Ajánlott paraméterek					
Ajánlattevő biztosítja a készülék üzembe helyezését, kezelőszemélyzet betanítását, laboratóriumi informatikai rendszerhez való csatlakoztatását, és a szerződés időtartama alatt teljes körű szervízellátását						

**Ezúton értesítjük továbbá T. Ajánlattevőket, hogy a korábban jelzett hirdetménymódosítás megjelent az EU Hivatalos Lapjában.**

**A hirdetménymódosítással az ajánlattételi határidő is változott, az új határidő: 2017. október 26. 11.00. óra**

A módosított dokumentumokat ajánlatkérő az eredeti dokumentációval megegyező helyen közzéteszi, továbbá jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként is megküldi.

Kérjük fentiek tudomásulvételét.

Budapest, 2017. október 6.

Nagy Tímea

